

جدول مقارنة نتائج المخبر لتحليل البيكربونات (mg eq CaCO₃/L)

SEQA-163-051			رمز العينة	SEQA-162-051			رمز العينة	SEQA-161-051			رمز العينة
95.00			القيمة النظرية	47.00			القيمة النظرية	16.00			القيمة النظرية
التقييم	الخطأ النسبي	نتيجة المخبر	رمز المخبر	التقييم	الخطأ النسبي	نتيجة المخبر	رمز المخبر	التقييم	الخطأ النسبي	نتيجة المخبر	رمز المخبر
A	16%	80.00	015	A	15%	40.00	015	A	25%	20.00	015
W	47%	140.00	017	N	67%	78.40	017	N	145%	39.20	017
W	54%	146.44	020	W	56%	73.44	020	W	53%	24.40	020
A	26%	120.00	030	W	49%	70.00	030	N	88%	30.00	030
W	37%	60.00	031	W	36%	30.00	031	A	6%	15.00	031
W	58%	40.00	033	W	47%	25.00	033	W	38%	10.00	033
A	15%	108.90	035	A	4%	45.10	035	A	16%	18.50	035
N	68%	30.00	036	W	57%	20.00	036	W	56%	25.00	036
W	58%	150.00	040	N	91%	90.00	040	N	400%	80.00	040
A	4%	98.50	042	W	60%	75.00	042	W	56%	25.00	042
W	54%	146.00	043	W	55%	73.00	043	W	56%	25.00	043
N	1357%	1383.84	046	N	1346%	679.78	046	N	1114%	194.22	046
A	5%	100.00	047	A	6%	50.00	047	A	25%	20.00	047
A	6%	89.51	050	A	16%	54.35	050	W	60%	25.58	050
N	92%	8.00	054	N	74%	12.00	054	N	75%	28.00	054
A	28%	122.00	061	A	19%	56.12	061	N	251%	56.12	061
N	80%	170.80	073	N	82%	85.40	073	A	14%	18.30	073
N	100%	0.00	074	N	100%	0.00	074	A	14%	18.30	074
W	41%	134.00	075	A	30%	61.00	075	A	24%	12.20	075

التقييم:

A: النتيجة مقبولة
W: النتيجة مقبولة مع تحذير
N: النتيجة غير مقبولة

والخطأ النسبي أقل من 30%
والخطأ النسبي أكبر من 30% وأقل من 60%
والخطأ النسبي أكبر من 60%