

## جدول مقارنة نتائج المخابر لتحليل القساوة الكلية (mg CaCO<sub>3</sub>/L)

SEQA-173-051			رمز العينة	SEQA-172-051			رمز العينة	SEQA-171-051			رمز العينة
99.00			القيمة النظرية	66.00			القيمة النظرية	33.00			القيمة النظرية
التقييم	الخطأ النسبي	نتيجة المخبر	رمز المخبر	التقييم	الخطأ النسبي	نتيجة المخبر	رمز المخبر	التقييم	الخطأ النسبي	نتيجة المخبر	رمز المخبر
A	1%	100.00	012	A	6%	70.00	012	A	6%	35.00	012
A	3%	96.00	013	A	5%	62.40	013	A	9%	30.00	013
A	1%	97.90	017	A	1%	66.80	017	A	0%	32.93	017
A	9%	90.00	020	A	9%	60.00	020	A	9%	30.00	020
A	2%	101.00	024	A	12%	74.00	024	A	20%	39.50	024
A	3%	96.00	030	A	0%	66.00	030	A	3%	32.00	030
N	68%	32.00	031	N	61%	26.00	031	N	76%	8.00	031
A	1%	98.50	035	A	0%	66.07	035	A	6%	35.00	035
A	1%	100.00	036	A	3%	68.00	036	W	58%	52.00	036
A	0%	99.00	039	A	0%	66.00	039	A	0%	33.00	039
W	52%	150.00	040	N	82%	120.00	040	N	173%	90.00	040
A	6%	92.60	042	A	2%	64.82	042	A	12%	37.04	042
W	31%	130.00	044	W	35%	89.00	044	W	55%	51.00	044
A	7%	92.00	047	A	9%	60.00	047	A	9%	30.00	047
W	31%	130.00	051	W	35%	89.00	051	W	55%	51.00	051
A	15%	114.00	054	A	21%	80.00	054	A	21%	40.00	054
A	5%	94.00	061	A	3%	68.00	061	A	3%	32.00	061
A	0%	99.00	072	A	5%	69.00	072	A	18%	39.00	072
N	85%	15.00	073	N	80%	13.00	073	N	70%	10.00	073
A	6%	93.00	074	A	9%	60.00	074	A	3%	32.00	074

**التقييم:**  
A: النتيجة مقبولة  
W: النتيجة مقبولة مع تحذير  
N: النتيجة غير مقبولة

والخطأ النسبي أقل من 30%  
والخطأ النسبي أكبر من 30%  
والخطأ النسبي أكبر من 60%

وأقل من 60%