

جدول مقارنة نتائج المخابر لتحاليل التربة (عينة أولى)

K			Fe			Cu			Cr			Cd			Ca			العناصر المخبر
5891.58		القيمة النظرية	4220		القيمة النظرية	18.24		القيمة النظرية	28.26		القيمة النظرية	0.32		القيمة النظرية	2990		القيمة النظرية	
التقييم	لخطأ النسبي	نتيجة المخبر	التقييم	لخطأ النسبي	نتيجة المخبر	التقييم	لخطأ النسبي	نتيجة المخبر	التقييم	لخطأ النسبي	نتيجة المخبر	التقييم	لخطأ النسبي	نتيجة المخبر	التقييم	لخطأ النسبي	نتيجة المخبر	
N	171%	15988.54	N	469%	23994.91	N	72%	31.32	N	207%	86.7	N	69%	0.54	N	2684%	83227.54	017
A	15%	5010	A	11%	3761	W	#####	< 100	A	1%	28	W	#####	< 2	A	8%	2737	041
-	#####	-	-	#####	-	A	22%	14.2	-	#####	-	A	19%	0.38	-	#VALUE!	-	046

التقييم:

A: النتيجة مقبولة والخطأ النسبي أقل من 40%
W: النتيجة مقبولة مع تحذير والخطأ النسبي أكبر من 40% وأقل من 60%
N: النتيجة غير مقبولة والخطأ النسبي أكبر من 60%

جدول مقارنة نتائج المخبر لتحاليل التربة (عينة أولى)

Mn		Zn		Pb		Ni		Na		Mg		العناصر المخابر						
القيمة النظرية	نتيجة المخبر	القيمة النظرية	نتيجة المخبر	القيمة النظرية	نتيجة المخبر	القيمة النظرية	نتيجة المخبر	القيمة النظرية	نتيجة المخبر	القيمة النظرية	نتيجة المخبر							
171.2		49.36		17.8		4.87		2114.07		632.29								
التقييم	لخطأ النسبي	التقييم	لخطأ النسبي	التقييم	لخطأ النسبي	التقييم	لخطأ النسبي	التقييم	لخطأ النسبي	التقييم	لخطأ النسبي							
A	22%	208.55	N	309%	202.03	N	155%	45.46	N	473%	27.92	A	6%	1984.11	N	431%	3359.34	017
-	#####	-	A	17%	41	-	#####	-	A	30%	3.4	A	16%	1771	N	312%	2605	041
-	#####	-	A	9%	44.69	A	27%	13.04	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	046

التقييم:

A: النتيجة مقبولة والخطأ النسبي أقل من 40%
W: النتيجة مقبولة مع تحذير والخطأ النسبي أكبر من 40% وأقل من 60%
N: النتيجة غير مقبولة والخطأ النسبي أكبر من 60%

جدول مقارنة نتائج المخابر لتحاليل التربة (عينة ثانية)

K			Fe			Cu			Cr			Cd			Ca			العناصر المخابر
12404	القيمة النظرية	القيمة النظرية	23910	القيمة النظرية	القيمة النظرية	18.79	القيمة النظرية	القيمة النظرية	58.48	القيمة النظرية	القيمة النظرية	0.41	القيمة النظرية	القيمة النظرية	710	القيمة النظرية	القيمة النظرية	
التقييم	لخطأ النسبي	نتيجة المخبر	التقييم	لخطأ النسبي	نتيجة المخبر	التقييم	لخطأ النسبي	نتيجة المخبر	التقييم	لخطأ النسبي	نتيجة المخبر	التقييم	لخطأ النسبي	نتيجة المخبر	التقييم	لخطأ النسبي	نتيجة المخبر	
A	16%	10378.65	A	1%	24247.38	N	109%	39.33	N	60%	93.61	A	24%	0.51	N	1140%	8801.33	017
A	0%	12401	A	3%	23175	W	#####	< 100	A	4%	56	W	#####	< 2	W	#####	< 1000	041
-	#####	-	-	#####	-	A	3%	19.35	-	#####	-	A	22%	0.50	-	#####	-	046

التقييم:

A: النتيجة مقبولة والخطأ النسبي أقل من 40%
W: النتيجة مقبولة مع تحذ والخطأ النسبي أكبر من 40% وأقل من 60%
N: النتيجة غير مقبولة والخطأ النسبي أكبر من 60%

جدول مقارنة نتائج المخابر لتحاليل التربة (عينة ثانية)

Mn		Zn			Pb			Ni			Na			Mg			العناصر المخابر	
القيمة النظرية	181.22	القيمة النظرية	52.75	القيمة النظرية	43.53	القيمة النظرية	13.16	القيمة النظرية	13485	القيمة النظرية	6003.41	القيمة النظرية	6003.41	القيمة النظرية	6003.41			
نتيجة المخبر	لخطأ النسبي التقييم	نتيجة المخبر	لخطأ النسبي التقييم	نتيجة المخبر	لخطأ النسبي التقييم	نتيجة المخبر	لخطأ النسبي التقييم	نتيجة المخبر	لخطأ النسبي التقييم	نتيجة المخبر	لخطأ النسبي التقييم	نتيجة المخبر	لخطأ النسبي التقييم	نتيجة المخبر	لخطأ النسبي التقييم			
A	6%	192.48	N	217%	167.15	A	8%	39.85	N	135%	30.92	W	53%	6348.68	N	117%	13021.86	017
-	#####	-	A	11%	47	-	#####	-	A	1%	13	A	4%	12913	A	31%	7851	041
-	#####	-	A	13%	45.95	A	16%	36.41	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	046

التقييم:

A: النتيجة مقبولة والخطأ النسبي أقل من 40%
W: النتيجة مقبولة مع تحذير والخطأ النسبي أكبر من 40% وأقل من 60%
N: النتيجة غير مقبولة والخطأ النسبي أكبر من 60%