

جدول مقارنة نتائج المخابر لتحاليل IC بوحدة (mg/L)

SEQA-83-051			رمز العينة	SEQA-82-051			رمز العينة	SEQA-81-051			رمز العينة
5.00			القيمة النظرية	10.00			القيمة النظرية	5.00			القيمة النظرية
التقييم	الخطأ النسبي	نتيجة المخبر	رمز المخبر	التقييم	الخطأ النسبي	نتيجة المخبر	رمز المخبر	التقييم	الخطأ النسبي	نتيجة المخبر	رمز المخبر
A	0%	5.00	015	A	0%	10.00	015	A	0%	5.00	015
W	54%	2.28	020	A	7%	9.34	020	N	73%	1.37	020
W	60%	2.00	021	A	10%	9.00	021	N	76%	1.20	021
W	59%	2.07	026	A	14%	8.65	026	N	98%	0.10	026
-	-	< MDL	040	-	-	< MDL	040	-	-	< MDL	040
W	59%	2.03	075	A	3%	9.66	075	N	79%	1.04	075

التقييم:

A: النتيجة مقبولة والخطأ النسبي أقل من: 40%

W: النتيجة مقبولة مع تحذير والخطأ النسبي أكبر من: 40% وأقل من: 60%

N: النتيجة غير مقبولة والخطأ النسبي أكبر من: 60%

جدول مقارنة نتائج المخابر لتحاليل OC بوحدة (mg/L)

SEQA-83-051			رمز العينة	SEQA-82-051			رمز العينة	SEQA-81-051			رمز العينة
45.00			القيمة النظرية	45.00			القيمة النظرية	60.00			القيمة النظرية
التقييم	الخطأ النسبي	نتيجة المخبر	رمز المخبر	التقييم	الخطأ النسبي	نتيجة المخبر	رمز المخبر	التقييم	الخطأ النسبي	نتيجة المخبر	رمز المخبر
A	22%	55.00	015	A	33%	60.00	015	A	17%	70.00	015
A	16%	52.13	020	A	20%	54.09	020	A	20%	71.73	020
A	7%	48.00	021	A	13%	51.00	021	A	2%	58.80	021
A	13%	50.75	026	A	19%	53.77	026	A	14%	68.55	026
-	-	< MDL	040	-	-	< MDL	040	-	-	< MDL	040
A	8%	48.73	075	A	3%	46.49	075	A	4%	62.53	075

التقييم:

A: النتيجة مقبولة والخطأ النسبي أقل من: 40%

W: النتيجة مقبولة مع تحذير والخطأ النسبي أكبر من: 40% وأقل من: 60%

N: النتيجة غير مقبولة والخطأ النسبي أكبر من: 60%

جدول مقارنة نتائج المخابر لتحاليل TC بوحدة (mg/L)

SEQA-83-051			رمز العينة	SEQA-82-051			رمز العينة	SEQA-81-051			رمز العينة
50.00			القيمة النظرية	55.00			القيمة النظرية	65.00			القيمة النظرية
التقييم	الخطأ النسبي	نتيجة المخبر	رمز المخبر	التقييم	الخطأ النسبي	نتيجة المخبر	رمز المخبر	التقييم	الخطأ النسبي	نتيجة المخبر	رمز المخبر
A	20%	60.00	015	A	27%	70.00	015	A	15%	75.00	015
A	8%	54.22	020	A	15%	63.22	020	A	12%	73.10	020
A	0%	50.00	021	A	9%	60.00	021	A	8%	60.00	021
A	6%	52.82	026	A	13%	62.42	026	A	6%	68.65	026
-	-	< MDL	040	-	-	< MDL	040	-	-	< MDL	040
A	2%	50.76	075	A	2%	56.15	075	A	2%	63.57	075

التقييم:

A: النتيجة مقبولة والخطأ النسبي أقل من: 40%

W: النتيجة مقبولة مع تحذير والخطأ النسبي أكبر من: 40% وأقل من: 60%

N: النتيجة غير مقبولة والخطأ النسبي أكبر من: 60%