

جدول مقارنة نتائج المخابر لتحليل الأملاح المنحلة الكلية في المياه (TDS)

SEQA-143-051			رمز العينة	SEQA-142-051			رمز العينة	SEQA-141-051			رمز العينة
300.00			القيمة النظرية	600.00			القيمة النظرية	600.00			القيمة النظرية
التقييم	الخطأ النسبي	نتيجة المخبر	رمز المخبر	التقييم	الخطأ النسبي	نتيجة المخبر	رمز المخبر	التقييم	الخطأ النسبي	نتيجة المخبر	رمز المخبر
W	38%	185.00	010	W	40%	361.00	010	W	40%	360.00	010
A	0%	300.00	017	N	68%	190.00	017	N	63%	220.00	017
W	42%	175.00	020	W	42%	348.00	020	W	42%	348.00	020
A	0%	300.00	021	A	0%	600.00	021	A	0%	600.00	021
A	17%	250.00	023	A	17%	500.00	023	A	17%	500.00	023
W	35%	196.50	029	W	36%	385.50	029	W	36%	383.00	029
A	17%	250.00	031	A	17%	500.00	031	A	17%	500.00	031
W	33%	200.00	033	W	33%	400.00	033	W	33%	400.00	033
A	16%	252.50	035	A	18%	490.50	035	A	19%	488.00	035
A	6%	283.00	040	A	1%	607.00	040	A	2%	610.00	040
A	0%	300.00	042	A	0%	600.00	042	A	2%	610.00	042
A	17%	250.00	046	A	2%	590.00	046	A	3%	619.00	046
W	42%	175.00	051	W	43%	345.00	051	W	43%	345.00	051

التقييم:

A: النتيجة مقبولة والخطأ النسبي أقل من 30%
W: النتيجة مقبولة مع تحذير والخطأ النسبي أكبر من 30% وأقل من 60%
N: النتيجة غير مقبولة والخطأ النسبي أكبر من 60%