

جدول مقارنة نتائج المخبر لتحليل البيكربونات (mg eq CaCO₃/L)

SEQA-163-052			رمز العينة	SEQA-162-052			رمز العينة	SEQA-161-052			رمز العينة
30.00			القيمة النظرية	20.00			القيمة النظرية	10.00			القيمة النظرية
التقييم	الخطأ النسبي	نتيجة المخبر	رمز المخبر	التقييم	الخطأ النسبي	نتيجة المخبر	رمز المخبر	التقييم	الخطأ النسبي	نتيجة المخبر	رمز المخبر
A	19%	35.75	015	A	21%	24.16	015	A	25%	12.46	015
W	31%	39.20	017	W	40%	28.00	017	N	180%	28.00	017
A	17%	25.00	030	A	15%	17.00	030	A	0%	10.00	030
N	80%	6.00	031	W	50%	10.00	031	A	30%	13.00	031
W	33%	20.00	033	A	0%	20.00	033	A	0%	10.00	033
A	17%	35.00	034	A	22%	24.40	034	N	128%	22.80	034
A	18%	24.60	035	A	16%	16.80	035	A	13%	8.70	035
N	167%	80.00	040	N	400%	100.00	040	N	1400%	150.00	040
W	33%	19.98	042	A	30%	14.00	042	A	20%	8.00	042
N	84%	4.90	044	N	88%	2.50	044	N	88%	1.20	044
A	27%	38.16	046	W	33%	26.55	046	W	34%	6.64	046
A	20%	24.00	047	A	20%	16.00	047	A	20%	8.00	047
A	8%	32.41	050	A	22%	24.31	050	W	42%	14.18	050
N	99%	0.40	051	N	99%	0.20	051	N	99%	0.10	051
A	20%	24.00	061	A	20%	24.00	061	A	20%	12.00	061
W	42%	42.70	073	W	53%	30.50	073	N	83%	18.30	073
A	22%	36.60	075	A	22%	24.40	075	A	22%	12.20	075

30%
30% وأقل من
60%

A: النتيجة مقبولة
W: النتيجة مقبولة مع تحذير
N: النتيجة غير مقبولة

التقييم: