

جدول مقارنة نتائج المخبر لتحليل القساوة الكلية (mg CaCO<sub>3</sub>/L)

SEQA-173-052			رمز العينة	SEQA-172-052			رمز العينة	SEQA-171-052			رمز العينة
80.00			القيمة النظرية	40.00			القيمة النظرية	20.00			القيمة النظرية
التقييم	الخطأ النسبي	نتيجة المخبر	رمز المخبر	التقييم	الخطأ النسبي	نتيجة المخبر	رمز المخبر	التقييم	الخطأ النسبي	نتيجة المخبر	رمز المخبر
W	56%	35.00	012	W	50%	20.00	012	W	50%	10.00	012
A	23%	62.00	013	A	25%	30.00	013	A	30%	14.00	013
A	7%	74.15	015	A	9%	36.41	015	A	4%	19.17	015
A	2%	81.88	017	A	2%	40.94	017	A	2%	20.47	017
A	15%	68.00	018	A	4%	38.50	018	N	93%	38.50	018
A	5%	76.00	023	A	0%	40.00	023	A	0%	20.00	023
A	0%	80.00	030	A	0%	40.00	030	A	0%	20.00	030
A	3%	82.00	034	A	13%	45.00	034	W	33%	26.50	034
A	3%	77.50	035	A	0%	40.00	035	A	5%	21.00	035
A	1%	79.00	039	A	3%	39.00	039	A	0%	20.00	039
A	13%	90.00	040	W	50%	60.00	040	W	50%	30.00	040
A	18%	66.00	042	A	18%	33.00	042	A	18%	16.50	042
N	94%	4.90	044	N	94%	2.50	044	N	94%	1.20	044
A	25%	60.00	047	A	30%	28.00	047	A	25%	15.00	047
N	94%	4.90	051	N	94%	2.50	051	N	94%	1.20	051
A	0%	80.00	054	A	25%	50.00	054	A	10%	18.00	054
A	3%	78.00	061	A	10%	36.00	061	A	10%	22.00	061
A	0%	80.00	072	A	0%	40.00	072	A	0%	20.00	072
A	0%	80.00	073	A	0%	40.00	073	A	0%	20.00	073

30%  
30%  
وأقل من  
60%

A: النتيجة مقبولة  
W: النتيجة مقبولة مع تحذير  
N: النتيجة غير مقبولة

التقييم: