

## جدول مقارنة نتائج المخبر لتحليل النبات (عينة أولى)

K		Fe			Cu			Cr			Cd			Ca			العناصر المعايير	
35403	القيمة النظرية	117		القيمة النظرية	42	القيمة النظرية	1.25	القيمة النظرية	2.48	القيمة النظرية	190		القيمة النظرية					
التقييم	لخطأ النسبي	نتيجة المخبر	التقييم	الخطأ النسبي	نتيجة المخبر	التقييم	لخطأ النسبي	نتيجة المخبر	التقييم	الخطأ النسبي	نتيجة المخبر	التقييم	الخطأ النسبي	نتيجة المخبر	التقييم	الخطأ النسبي	نتيجة المخبر	
N	214%	111294	N	-	Negative	N	529%	264.14	N	3218%	41.47	N	87%	0.33	A	9%	172.99	017
A	10%	38786	A	21%	141.9	A	3%	40.8	W	43%	0.71	N	-	<0.02	A	24%	145	041
-	-	-	-	-	-	A	21%	33.22	-	-	-	A	37%	1.57	-	-	-	046
A	10%	32000	A	1%	116	A	10%	38	W	-	<1	W	-	<1	N	76%	46	071

التقييم:

A: النتيجة مقبولة والخطأ النسبي أقل من 40%  
W: النتيجة مقبولة مع تحذير والخطأ النسبي أكبر من 40%  
N: النتيجة غير مقبولة والخطأ النسبي أكبر من 60%

## جدول مقارنة نتائج المخابر لتحاليل النبات (عينة أولى)

Mn		Zn		Pb		Na		Mg		العناصر المخابر					
16.89	القيمة النظرية	174	القيمة النظرية	0.89	القيمة النظرية	392	القيمة النظرية	819	القيمة النظرية						
التقييم	لخطأ النسبي	نتيجة المخبر	التقييم	الخطأ النسبي	نتيجة المخبر	التقييم	الخطأ النسبي	نتيجة المخبر	التقييم	لخطأ النسبي	نتيجة المخبر				
<b>W</b>	46%	9.2	<b>N</b>	253%	613.72	<b>N</b>	9421%	84.74	<b>N</b>	-	Negative	<b>N</b>	-	Negative	017
-	-	-	<b>A</b>	14%	198	-	-	-	<b>A</b>	3%	405	<b>A</b>	12%	717	041
-	-	-	<b>A</b>	13%	152	<b>A</b>	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	046
-	-	-	<b>A</b>	3%	180	<b>A</b>	-	<1	<b>N</b>	94%	760	<b>A</b>	30%	570	071

**التقييم:**  
A: النتيجة مقبولة والخطأ النسبي أقل من 40%  
W: النتيجة مقبولة مع تحذير والخطأ النسبي أكبر من 40%  
N: النتيجة غير مقبولة والخطأ النسبي أكبر من 60%

## جدول مقارنة نتائج المخبر لتحاليل النبات (عينة ثانية)

K			Fe			Cu			Cr			Cd			Ca			العناصر المخبر
35403		القيمة النظرية	117		القيمة النظرية	42		القيمة النظرية	1.25		القيمة النظرية	2.48		القيمة النظرية	190		القيمة النظرية	
التقييم	لخطأ النسبي	نتيجة المخبر	التقييم	الخطأ النسبي	نتيجة المخبر	التقييم	لخطأ النسبي	نتيجة المخبر	التقييم	الخطأ النسبي	نتيجة المخبر	التقييم	الخطأ النسبي	نتيجة المخبر	التقييم	لخطأ النسبي	نتيجة المخبر	
N	225%	115205	N	-	Negative	N	545%	270.75	N	3465%	44.56	N	87%	0.33	A	4%	197.49	017
A	9%	38738	A	16%	136.2	A	5%	44.2	W	47%	0.66	N	-	<0.02	A	12%	167	041
-	-	-	-	-	-	A	17%	34.78	-	-	-	A	35%	1.60	-	-	-	046
A	4%	34000	A	23%	90	W	43%	24	W	-	<1	W	-	<1	N	81%	36	071

التقييم:

A: النتيجة مقبولة والخطأ النسبي أقل من 40%

W: النتيجة مقبولة مع تحذير الخطأ النسبي أكبر من 40%

N: النتيجة غير مقبولة والخطأ النسبي أكبر من 60%

## جدول مقارنة نتائج المخابر لتحاليل النبات (عينة ثانية)

Mn		Zn			Pb			Na			Mg			العناصر المخابر	
القيمة النظرية	16.89	القيمة النظرية	174	القيمة النظرية	0.84	القيمة النظرية	392	القيمة النظرية	819	القيمة النظرية	819	القيمة النظرية			
نتيجة المخبر	لخطأ النسبي التقييم	نتيجة المخبر	لخطأ النسبي التقييم	نتيجة المخبر	لخطأ النسبي التقييم	نتيجة المخبر	لخطأ النسبي التقييم	نتيجة المخبر	لخطأ النسبي التقييم	نتيجة المخبر	لخطأ النسبي التقييم	نتيجة المخبر	لخطأ النسبي التقييم		
N	80%	3.45	N	285%	670.26	N	9538%	80.96	N	-	Negative	N	-	Negative	017
-	-	-	A	13%	197	-	100%	-	A	4%	407	A	23%	629	041
-	-	-	A	7%	161.24	A	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	046
-	-	-	W	43%	100	A	-	<1	N	150%	980	W	58%	340	071

التقييم:

A: النتيجة مقبولة والخطأ النسبي أقل من 40%

W: النتيجة مقبولة مع تحذير والخطأ النسبي أكبر من 40%

N: النتيجة غير مقبولة والخطأ النسبي أكبر من 60%