

جدول مقارنة نتائج المخابر لـ pH

SEQA-33-052		رمز العينة:			SEQA-32-052		رمز العينة:			SEQA-31-052		رمز العينة:		
الإحراف المعياري	وسطي المخابر	7.70			الإحراف المعياري	وسطي المخابر	7.70			الإحراف المعياري	وسطي المخابر	5.30		
قبل الاستثناء		التقييم	نتيجة المخبر	رمز المخبر	قبل الاستثناء		التقييم	نتيجة المخبر	رمز المخبر	قبل الاستثناء		التقييم	نتيجة المخبر	رمز المخبر
0.18	7.67				0.29	7.61				0.14	5.29			
بعد الاستثناء					بعد الاستثناء					بعد الاستثناء				
0.15	7.69			0.16	7.68			0.13	5.30					
A	7.77			010	A	7.80			010	A	5.28			010
A	7.68			012	A	7.68			012	A	5.21			012
A	7.74			013	A	7.74			013	A	5.04			013
A	7.74			014	A	7.70			014	A	5.17			014
A	7.94			015	A	7.93			015	A	5.33			015
A	7.70			016	A	7.70			016	A	5.33			016
A	7.78			017	A	7.77			017	A	5.43			017
A	8.00			018	A	8.00			018	W	5.00			018
N	* 7.00			019	N	* 7.00			019	W	5.00			019
A	7.70			021	A	7.70			021	A	5.25			021
A	7.73			022	A	7.72			022	A	5.30			022
A	7.65			023	A	7.65			023	A	5.31			023
A	7.69			025	A	7.71			025	A	5.40			025
A	7.56			029	A	7.56			029	A	5.19			029
A	7.50			030	A	7.50			030	A	5.10			030
A	7.50			031	A	7.50			031	A	5.50			031
A	7.50			033	A	7.50			033	A	5.25			033
A	7.83			034	A	7.80			034	A	5.30			034
A	7.72			035	A	7.70			035	A	5.28			035
A	7.63			036	A	7.63			036	A	5.22			036
A	7.78			037	A	7.78			037	A	5.38			037
A	7.64			039	A	7.65			039	A	5.30			039
A	7.45			040	A	7.43			040	A	5.23			040
A	7.80			042	A	7.80			042	A	5.39			042
A	7.58			043	A	7.58			043	A	5.38			043
A	* 7.65			044	N	* 6.65			044	A	5.34			044
W	7.31			045	W	7.30			045	W	* 4.97			045
A	7.74			046	A	7.73			046	A	5.51			046
A	7.55			047	A	7.52			047	A	5.23			047
A	7.89			050	A	7.80			050	A	5.53			050
A	7.65			051	N	* 6.65			051	A	5.34			051
A	7.87			052	A	7.88			052	A	5.50			052
A	7.60			054	A	7.60			054	A	5.34			054
A	7.60			057	A	7.63			057	A	5.30			057
A	8.00			060	A	8.00			060	A	5.50			060
A	7.74			061	A	7.76			061	A	5.28			061
A	7.69			070	A	7.70			070	A	5.41			070
A	7.70			072	A	7.72			072	A	5.37			072
A	7.50			073	A	7.40			073	A	5.30			073

* القيمة مستنتاة من حساب الوسطي، الواحدة : (مع / ل)

جدول مقارنة نتائج المخبر للـ EC

SEQA-43-052		رمز العينة:			SEQA-42-052		رمز العينة:			SEQA-41-052		رمز العينة:		
الإحراف المعياري	وسطي المخابر	القيمة النظرية: 100.00			الإحراف المعياري	وسطي المخابر	القيمة النظرية: 50.00			الإحراف المعياري	وسطي المخابر	القيمة النظرية: 25.00		
قبل الإستهناء		التقييم	نتيجة المخبر	رمز المخبر	قبل الإستهناء		التقييم	نتيجة المخبر	رمز المخبر	قبل الإستهناء		التقييم	نتيجة المخبر	رمز المخبر
7.06	98.67				3.69	49.29				14.82	27.35			
بعد الإستهناء					بعد الإستهناء					بعد الإستهناء				
5.32	98.16	2.80	48.79	1.73	25.00									
A	99.50		010	A	50.20		010	A	26.00		010			
W	* 86.50		014	W	* 43.50		014	W	* 20.90		014			
A	99.60		015	A	49.20		015	A	25.10		015			
A	109.00		017	N	* 59.10		017	N	* 98.20		017			
A	100.00		021	A	50.00		021	A	28.00		021			
A	91.80		022	A	45.60		022	A	22.80		022			
A	96.00		023	A	46.00		023	A	24.00		023			
A	93.40		029	A	47.63		029	A	25.44		029			
A	* 90.00		030	A	45.00		030	A	25.00		030			
A	100.00		031	A	50.00		031	A	25.00		031			
A	100.00		033	A	50.00		033	A	25.00		033			
N	80.00		034	N	40.00		034	W	20.00		034			
A	97.70		035	A	48.40		035	A	24.75		035			
A	97.20		036	A	48.60		036	A	24.30		036			
A	* 110.20		037	W	* 55.74		037	A	* 28.45		037			
A	101.50		039	A	51.50		039	A	26.50		039			
A	100.00		040	A	50.00		040	A	25.00		040			
A	100.00		042	A	50.00		042	A	25.00		042			
A	94.50		044	A	46.90		044	A	* 22.90		044			
A	102.28		046	A	50.57		046	A	26.23		046			
A	100.00		047	A	50.00		047	A	25.00		047			
A	101.10		050	A	52.10		050	A	26.40		050			
A	92.50		054	A	46.80		054	A	23.70		054			
A	104.00		061	A	50.00		061	N	* 3.00		061			
N	* 116.60		070	A	54.90		070	N	* 36.70		070			
A	99.60		072	A	48.70		072	A	27.90		072			
A	100.00		073	A	50.00		073	A	26.00		073			
A	99.90		075	A	49.60		075	W	* 28.50		075			

* القيمة مستنتاة من حساب الوسطي، الواحدة : (مع / ل)

جدول مقارنة نتائج المخابر للجراثيم

SEQA-53-052			SEQA-52-052			SEQA-51-052		
رمز العينة:			رمز العينة:			رمز العينة:		
القيمة النظرية: سالب			القيمة النظرية: موجب			القيمة النظرية: سالب		
التقييم	نتيجة المخبر	رمز المخبر	التقييم	نتيجة المخبر	رمز المخبر	التقييم	نتيجة المخبر	رمز المخبر
A	سالب	010	A	موجب	010	A	سالب	010
A	سالب	015	A	موجب	015	A	سالب	015
A	Neg	021	A	5000	021	A	Neg	021
A	سالب	022	A	موجب	022	A	سالب	022
A	أقل من 1	028	A	أنبات كثيف	028	A	أقل من 1	028
A	أقل من 10	029	A	عالي موجب	029	A	أقل من 10	029
N	100	030	A	100000	030	A	0	030
A	سالب	031	A	موجب	031	A	سالب	031
A	0	034	A	كامل الطبق	034	A	0	034
A	سالب	036	A	120000	036	A	سالب	036
A	سالب	039	A	435×10^5	039	A	سالب	039
A	سالب	040	A	موجب	040	A	سالب	040
A	Neg	042	A	High Pos	042	A	Neg	042
N	2600000	044	A	4180000	044	N	6120000	044
A	سالب	045	A	موجب	045	A	سالب	045
A	سالب	046	A	موجب	046	A	سالب	046
A	سليبي	047	A	إيجابي	047	A	سليبي	047
N	2066606	051	A	4940000	051	N	6020000	051
A	سالب	054	A	موجب	054	N	موجب	054
N	موجب	061	A	موجب	061	A	سالب	061
A	سالب	073	-	-	073	A	سالب	073