

جدول مقارنة نتائج المخابر لتحاليل TC بوحدة (mg/L)

SEQA-83-052			رمز العينة	SEQA-82-052			رمز العينة	SEQA-81-052			رمز العينة
45.00			القيمة النظرية	50.00			القيمة النظرية	45.00			القيمة النظرية
التقييم	الخطأ النسبي	نتيجة المخبر	رمز المخبر	التقييم	الخطأ النسبي	نتيجة المخبر	رمز المخبر	التقييم	الخطأ النسبي	نتيجة المخبر	رمز المخبر
W	56%	70.26	015	N	63%	81.32	015	N	60%	72.20	015
A	11%	50.00	021	A	0%	50.00	021	A	0%	45.00	021
A	2%	45.77	026	A	0%	50.18	026	A	1%	44.62	026
A	36%	61.13	034	A	23%	61.50	034	A	1%	45.60	034
W	48%	66.70	040	W	54%	76.80	040	W	41%	63.60	040
A	17%	52.79	075	A	19%	59.55	075	A	14%	51.40	075

التقييم:

A: النتيجة مقبولة والخطأ النسبي أقل من: 40%

W: النتيجة مقبولة مع تحذير والخطأ النسبي أكبر من: 40%

N: النتيجة غير مقبولة والخطأ النسبي أكبر من: 60%